

108-0074  
東京都港区高輪 2-1 2-5 6  
ファイブスター高輪 3 0 1

[自動解析コメント]

(G2) 軽度の注意すべき所見があります。  
早い機会に専門医の診断を受けて下さい。

([24] RR整, 100<=HR<130, QRS>=105ms, P波有: 洞頻脈)

株式会社ピュアルネッサンス 様

[記録情報]

受付番号: 23775  
記録日時: 機器番号: 65801 (CG2100)  
受付日時: 2006/08/26 16:26:02 データ番号: S000065801FH26162533H

[自動解析所見]

(V5誘導・フィルタ有り)

【ノイズ多し】・頻脈

[自動解析計測値]

HR=106bpm R-R=564ms  
R = +0.669mV P-R=146ms  
Q = -0.077mV QRS=113ms  
ST = +0.114mV QT = 341ms  
T = +0.229mV QTc=454

\*自動解析結果は参考情報です。最終診断は医師が総合的に判断する必要があります。

担当医師:

